



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 31270.16—2014

## 化学农药环境安全评价试验准则 第 16 部分：土壤微生物毒性试验

Test guidelines on environmental safety assessment for chemical pesticides—  
Part 16: Soil microorganism toxicity test

2014-10-10 发布

2015-03-11 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

GB/T 31270《化学农药环境安全评价试验准则》分为 21 个部分：

- 第 1 部分：土壤降解试验；
- 第 2 部分：水解试验；
- 第 3 部分：光解试验；
- 第 4 部分：土壤吸附/解吸试验；
- 第 5 部分：土壤淋溶试验；
- 第 6 部分：挥发性试验；
- 第 7 部分：生物富集试验；
- 第 8 部分：水-沉积物系统降解试验；
- 第 9 部分：鸟类急性毒性试验；
- 第 10 部分：蜜蜂急性毒性试验；
- 第 11 部分：家蚕急性毒性试验；
- 第 12 部分：鱼类急性毒性试验；
- 第 13 部分：溞类急性活动抑制试验；
- 第 14 部分：藻类生长抑制试验；
- 第 15 部分：蚯蚓急性毒性试验；
- 第 16 部分：土壤微生物毒性试验；
- 第 17 部分：天敌赤眼蜂急性毒性试验；
- 第 18 部分：天敌两栖类急性毒性试验；
- 第 19 部分：非靶标植物影响试验；
- 第 20 部分：家畜短期饲喂毒性试验；
- 第 21 部分：大型甲壳类生物毒性试验。

本部分是 GB/T 31270 的第 16 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分负责起草单位：农业部农药检定所、环保部南京环境科学研究所。

本部分主要起草人：程燕、范继巧、王娜、韩志华、赵玉艳、王彦华、李少男、蔡道基。

# 化学农药环境安全评价试验准则

## 第 16 部分: 土壤微生物毒性试验

### 1 范围

GB/T 31270 的本部分规定了 CO<sub>2</sub>吸收法和氮转化法测定化学农药对土壤微生物毒性的材料、条件、操作、质量控制、数据处理、试验报告等的基本要求。

本部分适用于为化学农药登记而进行的土壤微生物毒性试验,其他类型的农药可参照使用。

本部分不适用于易挥发和难溶解的化学农药。

### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 2.1

##### **化学农药 chemical pesticide**

利用化学物质人工合成的农药。其中有些以天然产品中的活性物质为母体,进行仿制、结构改造,创新而成,为仿生合成农药。

同义词:有机合成农药 synthetic organic pesticide。

[NY/T 1667.1—2008,定义 2.2.1]

#### 2.2

##### **原药 technical material**

在制造过程中得到的有效成分及杂质组成的最终产品,不能含有可见的外来物质和任何添加物,必要时可加入少量的稳定剂。

[NY/T 1667.2—2008,定义 2.5.1]

#### 2.3

##### **制剂 formulation product**

由农药原药(或母药)和助剂组成、使用状态稳定的产品。

[NY/T 1667.2—2008,定义 2.4]

#### 2.4

##### **有效成分 active ingredient; a.i.**

农药产品中具有生物活性的特定化学结构成分。

[NY/T 1667.2—2008,定义 2.1]

#### 2.5

##### **供试物 test substance**

试验中需要测试的物质。

#### 2.6

##### **影响率 effect ratio**

供试物对土壤微生物呼吸强度的影响程度,包括抑制率和促进率。供试物处理土壤呼吸强度低于对照土壤时,表现为抑制,供试物处理土壤呼吸强度高于对照土壤时,表现为促进。

2.7

### 氮转化 nitrogen transformation

微生物通过氨化和硝化作用,将含氮有机物最终降解为无机终产物硝酸盐的过程。

## 3 试验概述

### 3.1 方法概述

土壤微生物毒性试验包括 CO<sub>2</sub>吸收法和氮转化法,根据农药登记管理法规及其他规定选择相关方法进行试验。

### 3.2 CO<sub>2</sub>吸收法

在标本瓶内放置两只小烧杯,其中一只盛放土壤,另一只盛放碱液(如 NaOH 溶液),用于吸收土壤微生物呼吸所释放的 CO<sub>2</sub>。以模拟农药常用量、10 倍常用量、100 倍常用量时土壤表层 10 cm 土壤中的农药含量设 3 种不同处理浓度,将标本瓶密闭并置于 25 ℃±1 ℃、黑暗条件下培养,并保持土壤含水量为最大田间持水量的 40%~60%,于试验开始后的第 1 天、第 2 天、第 4 天、第 7 天、第 11 天、第 15 天更换出密闭瓶中的碱液,测定吸收的 CO<sub>2</sub>量。评价供试物对土壤微生物活性的影响。

### 3.3 氮转化法

过筛的土壤与适量有机底物混合后用供试物处理,同时设置一组不加供试物的对照。试验至少需设置 2 个测试浓度,可参考供试物田间最大施用量设置。将土壤置于黑暗、20 ℃±2 ℃ 的条件下培养,并保持土壤含水量为最大田间持水量的 40%~60%,在培养 0 d、7 d、14 d 和 28 d 后,从处理组和对照组中取出一定量的土壤样品,用合适的溶剂浸提并测定提取液中硝酸盐的含量。比较处理组与对照组的硝酸盐形成率,计算处理组相对于对照组的百分比差异。试验至少持续 28 d,如果第 28 天处理组与对照组的差异不小于 25%,则试验需延长,最长至 100 d。

## 4 试验方法

### 4.1 材料和条件

#### 4.1.1 供试物

农药制剂、原药或纯品。

#### 4.1.2 试验土壤

##### 4.1.2.1 CO<sub>2</sub>吸收法

选用 3 种具有代表性的、理化性质各异的土壤,试验前先去除土壤中的粗大物块(如石块、植物残体等),然后过 0.85 mm 筛。

##### 4.1.2.2 氮转化法

试验只需一种土壤,对土壤的要求参见附录 A,土壤在用于试验前要先进行处理,先去除土壤中的粗大物块(如石块、植物残体等),然后过筛,使土壤颗粒不大于 2 mm。

两种方法采用的土壤最好都为新鲜土壤,如果需要在实验室储存,则应置于 4 ℃±2 ℃ 黑暗处保存,最长保存 3 个月(土壤的采集、贮存方法参见附录 B)。经过储存的土壤,在试验前需进行预培养

2 d~28 d。预培养期间土壤的培养条件应与试验条件一致。此外,氮转化法所用的土壤在试验前还需补充适当的有机底物,例如,苜蓿-青草-青贮谷粉(主要组成部分:紫花苜蓿 *Medicago sativa*),C/N 比在 12/1~16/1 之间。建议苜蓿粉与土壤的比率为每千克土壤(干重)用苜蓿粉 5 g。

#### 4.1.3 主要仪器设备

主要仪器设备如下:

- 搅拌器;
- 培养箱;
- 振荡器;
- 离心机;
- 滴定仪;
- 硝酸盐测定仪;
- 标本瓶及其他玻璃器皿等。

#### 4.1.4 试验条件

##### 4.1.4.1 CO<sub>2</sub>吸收法

土壤样品的培养条件为 25 ℃±1 ℃,黑暗。试验过程中,保持土壤样品含水量在田间最大持水量的 40%~60% 之间,变化范围为±5%。如有需要,可添加蒸馏水和去离子水进行调节。

##### 4.1.4.2 氮转化法

土壤样品的培养条件为 20 ℃±2 ℃,黑暗。试验过程中,保持土壤样品含水量在田间最大持水量的 40%~60% 之间,变化范围为±5%。如有需要,可添加蒸馏水和去离子水进行调节。

#### 4.2 试验操作

##### 4.2.1 CO<sub>2</sub>吸收法

###### 4.2.1.1 处理与对照的设置

每种土壤设 3 种不同浓度处理,以模拟农药常用量(推荐的最大用量)、10 倍量、100 倍量时土壤表层 10 cm 土壤中的农药含量(计算时假设土壤容重为 1.5 g·cm<sup>3</sup>),同时设置一组空白对照,每组至少设置 3 个重复。

###### 4.2.1.2 受试物质的制备

水溶性供试物一般用水溶解制备,避免使用水以外的其他液体,如丙酮、三氯甲烷等有机溶剂,以防止破坏微生物菌群。对于难溶物质,可先用合适的溶剂溶解或悬浮,然后包埋石英砂(粒径:0.1 mm~0.5 mm)等惰性固体,最后等溶剂完全挥发后再将石英砂与土壤混合。为使供试物在土壤中达到一个最佳的分布状态,建议每千克干重土壤中加入砂的比例为 10 g/kg。对照组的土壤样品用等量的水或砂进行处理。混合时,应确保处理组中的供试物在土壤样品中均匀分布,同时要避免土壤压紧或结块。

###### 4.2.1.3 土壤样品的培养

将混合后的土壤装于小烧杯中,与另一个装有标准碱液的小烧杯一起置于密闭瓶中,于 25 ℃±1 ℃、黑暗条件下培养。试验过程中,保持土壤样品含水量在田间最大持水量的 40%~60% 之间,变化范围为±5%。如有需要,可添加蒸馏水和去离子水进行调节。

#### 4.2.1.4 样品的采集与分析

试验开始后的第1天、第2天、第4天、第7天、第11天、第15天时更换出密闭瓶中的碱液,用滴定法间接测定吸收的CO<sub>2</sub>量。

#### 4.2.2 氮转化法

##### 4.2.2.1 处理与对照的设置

试验至少需设置2个测试浓度,低浓度应至少能反映实际条件下能到达土壤的最大量(计算时假定供试物与5cm的土壤均匀混合,且土壤容重为1.5g·cm<sup>3</sup>),而高浓度应是低浓度的倍数。对于直接施用至土壤的农药,应将试验浓度设置为最大预测环境浓度以及5倍的该浓度。对于在1个季节中多次施入土壤的农药,其较低试验浓度应为最大施用次数与最大预测环境浓度的乘积。但是,试验浓度的上限不应超过最大单次施用量的10倍。试验同时还需设置一组空白对照,每组至少设置3个重复。

##### 4.2.2.2 受试物质的制备

水溶性供试物一般用水溶解制备,避免使用水以外的其他液体,如丙酮、三氯甲烷等有机溶剂,以防止破坏微生物菌群。对于难溶物质,可先用合适的溶剂溶解或悬浮,然后包埋石英砂(粒径:0.1mm~0.5mm)等惰性固体,最后等溶剂完全挥发后再将石英砂与土壤混合。为使供试物在土壤中达到一个最佳的分布状态,建议每千克干重土壤中加入砂的比例为10g/kg。对照组的土壤样品用等量的水或砂进行处理。混合时,应确保处理组中的供试物在土壤样品中均匀分布,同时要避免土壤压紧或结块。

##### 4.2.2.3 土壤样品的培养

可以采用两种方式培养土壤样品:

- 每一个处理组及对照组的土壤各作为一个整体样品;
- 将每一个处理组及对照组的土壤分装成一系列单独且等份的子样品。

当土壤以整体形式进行培养时,每个处理组及对照组均需准备大量的土壤样品,试验过程中根据需要取样分析。每个处理组和对照组最初制备的土壤量取决于取样量、样品分析的重复次数及最大取样次数。整体培养的土壤在再次取样前应充分混合。当土壤以系列分装独立的子样品形式进行培养时,每个处理组和对照组的土壤根据需要来分装和使用。所有测试中使用的容器应具有足够的上部空间,以避免产生厌氧状态。

将样品置于20℃±2℃、黑暗条件下培养。试验过程中,保持土壤样品含水量在田间最大持水量的40%~60%之间,变化范围为±5%。如有需要,可添加蒸馏水和去离子水进行调节。

##### 4.2.2.4 样品的采集与分析

试验至少持续28d,如果第28天时处理组与对照组的差异不小于25%,则试验需延长,直至该差异等于或小于25%,但最长不超过100d。在试验0d、7d、14d和28d取样分析。如需延长试验,则应在28d后每隔14d测定一次。每次取样时,均需测定每个处理组和对照组样品的硝酸盐含量。用合适的提取剂(如0.1mol/L的氯化钾溶液)与土壤样品混合振荡,提取硝酸盐,建议每千克干重土壤中加入氯化钾溶液的比例是5mL/g。为优化提取效果,容器中所装的土壤和提取剂不应超过容器体积的一半。混合物在15.7rad/s的转速下振荡60min。将混合物离心或过滤后取液相分析其硝酸盐含量。

#### 4.3 数据处理

##### 4.3.1 CO<sub>2</sub>吸收法

记录每个平行滴定时消耗的酸的体积,求出所有平行的平均值,用统计学方法计算土壤样品释放出

的 CO<sub>2</sub>量以及处理组相对于对照的影响率。

#### 4.3.2 氮转化法

记录每个平行土壤样品形成的硝酸盐量,求出所有平行的平均值,用统计学方法计算氮转化率。形成的硝酸盐量以每天每千克干重土壤产生硝酸盐的毫克数表示,单位为 mg/(kg·d)。比较每个处理组和对照组中土壤样品的硝酸盐形成速率,并计算出处理组偏离对照组的百分率。

#### 4.4 质量控制

质量控制条件包括:

- 各处理土壤中,供试物的加入量、供试物在土壤中的均匀度要保持一致(两种方法均适用);
- 培养期间,各标本瓶要保持密闭(适用于 CO<sub>2</sub>吸收法);
- 滴定操作时,对滴定终点的判断要准确一致(适用于 CO<sub>2</sub>吸收法);
- 对照组重复之间的差异应小于±15%(适用于氮转化法)。

### 5 试验报告

试验报告应包括以下内容:

a) 完整的试验土壤信息(两种方法均适用)

完整的试验土壤信息包括:

- 取样点的地理位置和背景信息;
- 取样深度(cm);
- 土壤理化性质(颗粒组成、pH、有机碳含量、氮含量、初始硝酸盐浓度、阳离子交换量、微生物生物量等);
- 土壤采集和保存情况;
- 土壤预培养的细节。

b) 供试物信息(两种方法均适用)

包括供试农药的通用名、化学名称、结构式、CAS 号、纯度、基本理化性质、来源等。

c) 底物(适用于氮转化法)

底物信息包括:

- 来源;
- 组成;
- 碳、氮含量。

d) 试验条件

试验条件包括:

- 试验设置浓度及组数;
- 向土壤中施入供试物的详细步骤;
- 培养温度;
- 稀释水;
- 试验期间各处理土壤中加水的频率和方法;
- 试验开始时和试验过程中的土壤湿度;
- 土壤的培养方式;
- 取样次数;
- 土壤 CO<sub>2</sub>释放量测定方法(适用于 CO<sub>2</sub>吸收法);

——从土壤中浸提硝酸盐的方法(适用于氮转化法)；  
——用于分析测定硝酸盐含量的方法和仪器(适用于氮转化法)。

e) 结果

结果包括：

——数据分析方法、土壤 CO<sub>2</sub> 释放量随时间变化的曲线图、农药对土壤微生物呼吸强度的影响率(适用于 CO<sub>2</sub> 吸收法)；  
——各组各平行的硝酸盐含量,处理组和对照组之间的差异(适用于氮转化法)；  
——有助于解释结果的全部信息和观察资料；  
——对土壤微生物的毒性等级划分参见附录 C。

**附录 A**  
**(资料性附录)**  
**氮转化法对土壤的要求**

氮转化法对土壤的要求参见表 A.1。

**表 A.1 氮转化法试验土壤应具备的特征**

要素	特征值
砂粒含量	50%~75%
pH	5.5~7.5
有机碳含量	0.5%~1.5%
微生物生物量	碳含量≥土壤总有机碳含量的 1%

**附录 B**  
(资料性附录)  
**试验土壤的采集与贮存**

**B.1 土壤的采集**

选择的土壤采集点应能长期使用,需了解土壤采集点的详细背景信息,包括:地点,植被覆盖情况,农药、肥料等的施用情况。要求采样地点在采样前至少一年内未施用过农药,至少6个月内未施用过有机肥。如果在必需的情况下施用了无机肥,则应在施肥至少3个月后才能采集土壤。

应避免在长时间干旱或水涝期间(超过30 d)采样,或在此期后立即采样。在耕地,采样的深度为0 cm~20 cm;在长期没有耕作(至少一个生长季节)的草场牧地或其他类型的土壤中采样时,最大深度可略超过20 cm。

运输土壤样品时应使用合适的容器,并保持适宜的温度以确保土壤的性质不会发生显著的改变。

**B.2 土壤的贮存**

土壤风干后应置于4℃±2℃黑暗处保存,最长可保存3个月。土壤在储存期间应保持有氧条件。如果采样地区每年至少有3个月冰冻期,则采集的土壤可在-22℃~-18℃条件下储存6个月。用于氮转化试验的土壤,在每次试验前应测定土壤微生物的生物量,其碳含量应至少占土壤有机碳含量的1%。

附录 C  
(资料性附录)  
农药对土壤微生物毒性的毒性等级划分

#### C.1 CO<sub>2</sub>吸收法

CO<sub>2</sub>吸收法中,农药对土壤微生物的毒性分成三个等级:土壤中农药加量为常量,在15 d内对土壤微生物呼吸强度抑制达50%则划分为高毒;土壤中农药加量为常量10倍,能达到上述抑制水平的,划分为中毒;土壤中农药加量为常量100倍,能达到上述抑制水平的,划分为低毒;若三种处理均达不到上述抑制水平,则同样划分为低毒。

#### C.2 氮转化法

在试验28 d后的任何时间所取样品,若测定其低浓度处理组和对照组的硝酸盐形成速率的差异不大于25%,则可认为该农药对土壤中的氮转化没有长期影响。

### 参 考 文 献

- [1] NY/T 1667.1—2008 农药登记管理术语 第1部分:基本术语
  - [2] NY/T 1667.2—2008 农药登记管理术语 第2部分:产品化学
  - [3] OECD(2000). Guideline 216: Soil Microorganisms: Nitrogen Transformation Test, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals.
  - [4] 蔡道基.农药环境毒理学研究.北京:中国环境科学出版社,1999.
-

中华人民共和国  
国家标 准

化学农药环境安全评价试验准则  
第 16 部分:土壤微生物毒性试验

GB/T 31270.16—2014

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字  
2014 年 9 月第一版 2014 年 9 月第一次印刷

\*

书号: 155066 • 1-50214 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB/T 31270.16-2014